保守点検報告書

GALILEI
フクシマガリレイ株式会社

受付番号	10878931

2025 年 12 月 17 日

客先	琉球大学病院	場所	3F 検査室 メディカルフリーザー	ご確認印	
型式	FMF-301F	製造番号	4J-35016		宮城

担当者		
西村		

外気温　℃　　点検記号　○正常　△調整　●修理取替

		点検項目	点検方法	測定	判定	状況及処置
冷凍冷蔵庫・ショーケース	1	庫内温度(温度計表示)	目視	-30℃	○	
	2	冷却器霜付状態	目視		○	
	3	扉廻りパッキンの確認	目視		○	
	4	取手・丁番の確認	目視		○	
	5	照明及表示灯　点検確認	目視		○	
	6	庫内ファンモーター運転状況	目視		／	
	7	庫内排水詰り確認	目視		／	
	8	ハニカム詰り	目視		／	
凝縮器	1	コンデンサー目詰り状態	清掃実施		○	フィルター清掃をお願いします。
	2	ファンモーター運転状況	目視		○	
	3	液出口管温度	温度計	32℃	○	
圧縮機	1	冷凍機各締付ボルト	目視		○	
	2	異音及び振動	聴触感		○	
	3	冷媒返り状況	目視		○	
	4	高圧圧力計　　圧力値	目視		／	
	5	低圧圧力計　　圧力値	目視		／	
	6	冷凍機オイル状態	目視		／	
	7	冷媒の洩れ	検知器		○	
	8	配管接触有無	目視		○	
電装品他	1	タイマー	動作確認		／	
	2	電磁弁	動作確認		／	
	3	温度調整器設定値	動作確認	-30℃	○	
	4	電源コード劣化状況	目視		○	
絶縁	1	100V回路	メガ測定		／	
	2	200V回路	メガ測定		／	

特記事項	
	庫内温度　上/-28.3℃　中/-29.0℃　下/-28.5℃